

# 盘锦市中心医院直线加速器应用项目 竣工环境保护验收意见修改单

1、核准验收监测物理剂量单位，并进行剂量估算；

已修改，详见表 7.7-4；

2、补充门机联锁及机床应急开关照片；

详见照片 13、14；

3、建议企业对职业照射人员剂量进行规范管理。

企业已修改。

辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司

2021 年 9 月 18 日